

|                                                                                  |                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>REGISTRO</b>                | RPO-006-04<br>Rev: 09<br>24/07/2025<br>Página 1 de 1 |
|                                                                                  | <b>PROTOCOLO DE RESULTADOS</b> |                                                      |

Producto: Huevo Entero Cocido y Pelado y Partido  
 Fecha de Vencimiento: 12/09/2025  
 Lote despachado: 34-5  
 Lote analizado: 27-4

| DETERMINACIÓN PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICO          |                                                                                                                                 |                          | RESULTADO     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                                     | Método                                                                                                                          | Límites                  | HECP/HECPP    |
| Recuento de Entero bacterias (UFC/g o ml)           | <i>Petrifilm Neogen - 6420/6421</i><br><i>AOAC Official Methods of analysis</i><br><i>Método de referencia ISO 21528-2:2017</i> | Máximo(M): 10<br>n=1     | <b>CUMPLE</b> |
| Recuento de Aeróbios Mesófilos* UFC/g               | <i>Petrifilm 3M- 6400</i><br><i>AOAC Official Methods of analysis</i><br><i>Método de referencia NF EN ISO 4833-1</i>           | Máximo(M): 10<br>n=1     | <b>CUMPLE</b> |
| Recuento de E.coli*                                 | <i>Petrifilm Neogen – 6436</i><br><i>AOAC Official Methods of analysis</i><br><i>Método de referencia NF ISO 16649-2:2001</i>   | Ausencia en 1 g.<br>n=1  | <b>CUMPLE</b> |
| Recuento de coliformes* Totales                     | <i>Petrifilm Neogen – 6436</i><br><i>AOAC Official Methods of analysis</i><br><i>Método de referencia NF ISO 16649-2:2001</i>   | N/A                      | <b>CUMPLE</b> |
| Recuento de Estafilococos coagulasa positivo* UFC/g | <i>Petrifilm Neogen – 6490</i><br><i>AOAC Official Methods of analysis</i><br><i>Método de referencia NF EN ISO 6888-1.</i>     | Máximo(M): 10<br>n=1     | <b>CUMPLE</b> |
| Salmonella spp en 25 g                              | <i>MDS – Neogen</i><br><i>NF EN ISO 6579-1 (April 2017) AFNOR Certification</i>                                                 | Ausencia en 25 g.<br>n=1 | <b>CUMPLE</b> |
| Listeria monocytogenes en 25 g                      | <i>ISO 11290-1:1996,</i><br><i>Amd:2004</i><br><i>BAM-FDA:2011</i><br><i>USDA-FSIS:2009</i>                                     | Ausencia en 25 g.<br>n=1 | <b>CUMPLE</b> |
| pH de solución conservadora                         | <i>Medición directa con pHmetro</i>                                                                                             | < 4                      | <b>CUMPLE</b> |

\* Controles de m.o adicionales a pedido de clientes.

HECPP: Huevo Entero Cocido Pelado Partido

HECP: Huevo Entero Cocido y Pelado



Martin Ignacio Francovich Scarfó

Analista de laboratorio

ARTESANÍAS AVÍCOLAS S.R.L.

|                            |                                  |                            |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Elaboró:<br>Ariel González | Revisó:<br>Agustina Micaela Papa | Aprobó:<br>Patricia García |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|